

Xiamen Madincos Automation Co., Ltd

Add.: No. C303, 3rd Floor, Kechuang Building, No.321 Torch
Road, Torch Park, Torch High-tech Zone, Xiamen,China,361006



ПАСПОРТ

ВІДЕОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТРАТОР

MPR5000ST

**Xiamen, China
2025**

BZENERGO

ЗРАЗОК

ВІДЕОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТРАТОР

MPR5000ST

ПРИЗНАЧЕННЯ

MPR5000ST — універсальний кольоровий відеографічний реєстратор із сенсорним екраном, максимально 32 канали вимірювання, висока точність, універсальність, простота експлуатації, спрямовані на відображення, вимірювання параметрів процесів таких як температура, вологість, тиск, потік, вібрація тощо.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висока точність: $\pm(0,2\%FS + 1)$, 7-дюймовий TFT LCD сенсорний екран
Програмований універсальний вхід: T.C., RTD, mA, VDC, mV
Кількість вхідних каналів: 1, 2, 3, 4, 5, 6....32 канали, опціонально
Вбудована термопара з автоматичною компенсацією холодного спаю.
Вихід: максимально 16 реле, зовнішнє живлення 24В постійного струму, аналоговий вихід, опціонально
Комунікаційний порт RS485, стандартний протокол MODBUS-RTU, Ethernet TCP/IP, що налаштовується за допомогою HMI, SCADA, OPC сервер тощо.
Потік підсумовується з температурою, компенсацією тиску.
Функція відповідності: +, -, x, /, середнє, максимальне, мінімальне.
Потужне відображення графіки, барограф, цифра для різних типів дисплеїв.
Потужне програмне забезпечення для ПК для відображення даних у вигляді графіку, друку та експорту в Excel для подальшого аналізу.
Широке джерело живлення: 100-240 В змінного струму; 24 В постійного струму



МОДЕЛЬ

Продукт	Відеографічний реєстратор
Модель	MPR5000ST-04-C3-4NOC-2P3-N
Серійний №	20251011002

КОМПЛЕКТАЦІЯ

MPR5000ST: Кольоровий відеографічний реєстратор
Розмір: 180X150X150мм (виріз: 138x138мм)
7" кольоровий TFT LCD сенсорний дисплей
4 універсальних аналогових ізольованих каналів входу
4 x релейних виходів: NO+NC, 3A
2 x 24VDC зовнішнє живлення: макс. 40mA, 1W
Порт Ethernet із програмним забезпеченням для ПК для моніторингу в реальному часі
USB порт для завантаження даних + 8GB
USB драйвер для аналізу даних на ПК
Живлення: 100-240В

КАЛІБРУВАННЯ

Сертифікат про калібрування
Дата випуску: 11 жовтня 2025
Дата калібрування: 11 жовтня 2025
Номер Сертифікату: 20251011002

Відкалібровано: Mr. ZhiBin Su **Mr ZhiBin Su**
Уповноважений Підписант Mr. FAROU CHEN
Дата: 11 жовтня 2025

BUENNERGO

ЗРАЗОК